

R-III.271.11.2019

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Przebudowa istniejącego budynku Stacji Żeglarskiej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Międzyrzeczu Podlaskim**”- Dostawa wyposażenia

Ogłoszenie nr 531171-N-2019 z dnia 2019-04-02 r.

Miasto Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu na podstawie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) wprowadza następujące zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W SIWZ Rozdział III, Część 1, ust 8, pkt 1.

Treść o brzmieniu:

- 1) Kolorowy ekran dotykowy - min. 10”

Zmienia się na:

- 1) Kolorowy ekran dotykowy - min. 7”

2. W SIWZ Rozdział III, Część 1, ust 8, pkt 2.

Treść o brzmieniu:

- 2) Zakres prędkości min. 10 - 90 RPM

Zmienia się na:

- 2) Zakres prędkości min. 0 - 90 RPM

3. W SIWZ Rozdział III, Część 1, ust 9, pkt 3.

Treść o brzmieniu:

- 3) Wymiary – ok. 180 x 60 cm

Zmienia się na:

- 3) Wymiary – min. 180 x 60 cm

4. W SIWZ Rozdział III, Część 1, ust 9, pkt 4.

Treść o brzmieniu:

- 4) Wysokość – ok. 60-90 cm (regulowana elektrycznie za pomocą pilota)

Zmienia się na:

- 4) Wysokość – ok. 50-105 cm (regulowana elektrycznie za pomocą pilota)

5. W SIWZ Rozdział III, Część 1, ust 9, pkt 7.

Treść o brzmieniu:

- 7) Wysokość i kąt podparcia pleców regulowane elektrycznie za pomocą pilota.

Zmienia się na:

- 7) Wysokość i kąt podparcia pleców regulowane elektrycznie za pomocą pilota lub regulowane sprężyną gazową.

W załączeniu: SIWZ po zmianie 05.04.2019r z uwzględnieniem w/w zmian:

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot